ACCU-CHEK® Aviva Expert

Guía rápida

ACCU-CHEK®

Advertencias

• Esta Guía Rápida no reemplaza a los Manuales suministrados con su nuevo sistema Accu-Chek Aviva Expert. Antes de comenzar a utilizar el sistema Accu-Chek Aviva Expert, consulte la Guía de Usuario para obtener información detallada relativa a las advertencias y las medidas de precaución relacionadas con el uso.

• No ajuste ningún parámetro sin consultar con su profesional sanitario.

• **Advertencia de Seguridad:**
El sistema Accu-Chek Aviva Expert es apto únicamente para el autocontrol del paciente y no debe ser utilizado en más de un paciente.

Visión General



A Ventana de infrarrojos (IR)

B Teclas de selección izquierda/derecha
Púlselas para seleccionar el menú o la opción que aparece justo encima de la tecla.

C Flechas arriba/abajo
Púlselas para entrar en los menús o en el diario, realizar ajustes y navegar por los resultados.

D Flechas izquierda/derecha
Púlselas para desplazarse hacia la izquierda/derecha en la pantalla.

E Ranura de la tira reactiva
Inserte el extremo dorado de la tira reactiva aquí.

F Tecla INTRO
Seleccionar opciones de menú
Guardar los cambios

G Iluminación
Ajustar el nivel de la iluminación (bajo, medio, alto).

H On/Off (encendido y apagado)

Distribuido por:
Roche Diabetes Care Spain S.L.
Avda. de la Generalitat, 171-173
08174 Sant Cugat del Vallès
Barcelona
España

Línea de Atención al Cliente:
900 400 000
www.accu-chek.es

IVD

CE 0088

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA EXPERT y ACCU-CHEK MULTICLIX son marcas registradas de Roche.
© 2016, Roche Diabetes Care Spain S.L.

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com

05/2016 07089104001 Información exclusiva para usuarios Accu-Chek.

ACCU-CHEK®

Pasos para realizar la medición:

1. Lávese las manos y séqueselas.
2. Inserte el extremo dorado de una tira reactiva en el

sistema en la dirección de la flecha. El sistema se encenderá.

3. Cuando la pantalla indica "**aplicar muestra**", roce el borde delantero de la ventana amarilla de la tira reactiva con la gota de sangre.

No aplique sangre encima de la tira reactiva.
4. El resultado se mostrará en la pantalla a los 5 seg. Puede retirar la tira reactiva.

Calculador de bolo de insulina

Unos 3 segundos después, aparecerá la pantalla detallada. Pulsar el botón "**intro**" y marcar "Antes comida".

Seleccionar el campo de entrada de carbohidratos pulsando el botón "**abajo**". Pulsar el botón "**intro**" para entrar en el campo carbohidratos.

Entrar las raciones de carbohidratos usando los botones "**arriba/abajo**". Pulsar el botón "**intro**" para confirmar. Pulsar la "**tecla derecha**" para ver la siguiente pantalla.



Pulsar la "**tecla derecha**" otra vez para ver la cantidad de insulina recomendada.

Pulsar la "**tecla derecha**" de nuevo para confirmar la insulina que se inyectará y volver al menú principal.